

**SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK  
PRESTANDA (SSCP)**

**Ledare  
TF-0001  
TD-27**

För publicering i Eudamed

ROLL	AVDELNING	NAMN/TITEL
Förberedd av	Regulatory Affairs	Nadira Lotus Manager, Post Market Surveillance

**Matris för godkännande av underskrift**

Detta dokument måste granskas och godkännas av alla personer som anges nedan, eller deras auktoriserade representanter.

ROLL	AVDELNING	NAMN/TITEL
Godkännande	Clinical Affairs	Danyel Carr Sr. Director, Clinical Affairs
Godkännande	Quality	Dan Woda Sr. Quality Engineer
Godkännande	Regulatory	Scott Bishop VP, Regulatory Affairs and Quality

**Revisionshistorik**

Revision	Datum	Avsnitt	Revisionsbeskrivning	Ändringsbegäran nr
A	05/17/2021	Alla	Första utgåva	00103608
B	07/27/2023	Alla	Borttagning av Worker-ledare klass III för BSI-respons. SSCP-0003 kommer endast att innehålla Argon GW klass III-enheter	CR02813
C	19 feb 2024	Alla	Harmonisera enhetens namn och avsedda syfte enligt försäkran om överensstämmelse	04434
D	11/01/2024	4.2	Uppdatering av BSI-godkända bruksanvisningsnummer och revisionsnummer, det finns ingen innehållsuppdatering.	05591

*Obs! Godkännanden kommer att registreras via den tillhörande ändringsbegäran.*

## Innehållsförteckning

1.	Syfte med denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):.....	3
1.1.	Enhetens handelsnamn:.....	3
1.2.	Tillverkarens namn och adress.....	3
1.3.	Tillverkarens Eudamed-registreringsnummer (SRN).....	3
1.4.	Grundläggande UDI-DI.....	3
1.5.	Europeisk nomenklatur för medicintekniska produkter.....	3
1.6.	Enhetens klass.....	4
1.7.	År då det första certifikatet (CE) utfärdades för enheten:.....	6
1.8.	Auktoriserad representants namn och SRN:.....	7
1.9.	Anmält organ namn och enskilt identifieringsnummer:.....	7
2.1.	Avsedd användning.....	7
2.2.	Indikationer och målpopulationer.....	7
2.3.	Kontraindikationer.....	8
3.	Produktbeskrivning.....	8
3.1.	Beskrivning av enheten.....	8
3.2.	Tidigare varianter och deras olikheter.....	10
3.3.	Tillbehör, kompatibla enheter och andra produkter som används i kombination.....	10
4.	Risker och varningar.....	10
4.1.	Kvarvarande risker och oönskade biverkningar.....	10
4.2.	Varningar och försiktighetsåtgärder.....	11
4.3.	Andra relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden (FSCA inklusive FSN).....	12
5.	Sammanfattning av den kliniska utvärderingen och den kliniska uppföljningen efter utsläppandet på marknaden (PMCF).....	12
5.1.	Sammanfattning av kliniska uppgifter om likvärdig enhet, om tillämpligt.....	12
5.2.	Sammanfattning av kliniska data från genomförda undersökningar av enheten före CE-märkningen, om tillämpligt.....	12
5.3.	Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt.....	12
5.4.	En övergripande sammanfattning av den kliniska prestandan och säkerheten.....	25
5.5.	Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter marknadsintroduktionen.....	28
6.	Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ.....	29
7.	Föreslagen profil och utbildning för användarna.....	29
8.	Harmoniserade standarder/gemensamma specifikationer.....	30
9.	Revisionshistorik.....	33

## Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda

Denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) är avsedd att ge allmänheten tillgång till en uppdaterad sammanfattning av de viktigaste aspekterna av säkerheten och den kliniska prestandan hos ledarna, inklusive ledare av rostfritt stål, ledare av rostfritt stål belagda med PTFE och nitinolledare, från 01/01/2017 till 31/07/2022 (rapporteringsintervall).

SSCP är inte avsedd att ersätta bruksanvisningen som det viktigaste dokumentet för att säkerställa säker användning av produkten, och är inte heller avsedd att ge diagnostiska eller terapeutiska förslag till avsedda användare eller patienter.

Följande information är avsedd för användare/hälso- och sjukvårdspersonal. En extra SSCP med patientinformation upprättades inte eftersom ledaren inte är en implanterbar enhet för vilken patienten får ett tillhörande implantatkort och inte heller är en enhet som är avsedd att användas direkt av patienter.

### 1. Syfte med denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):

#### 1.1. Enhetens handelsnamn:

- Ledare
- EMDN-kod C0402: Ledare för perifer vaskulatur; C0401 Ledare för kranskärlsartärer

#### 1.2. Tillverkarens namn och adress

Namn och adress till tillverkaren av ledarna finns i tabell 1.2.1

**Tabell 1.2.1 Information om tillverkaren**

Tillverkarens namn	Tillverkarens adress
Argon Medical Devices, Inc.	1445 Flat Creek Road Athens, Texas 75751, USA

#### 1.3. Tillverkarens Eudamed-registreringsnummer (SRN)

Tillverkarens Eudamed-registreringsnummer (SRN) är SRN: US-MF-000002324

#### 1.4. Grundläggande UDI-DI

Förklaringen till den grundläggande unika produktidentifieringen (UDI) finns i tabell 1.6.1.

#### 1.5. Europeisk nomenklatur för medicintekniska produkter

De EMDN-koder som är associerade med dessa enheter är EMDN-kod C0402: Ledare för perifer vaskulatur; C0401 Ledare för kranskärlsartärer.

## 1.6. Enhetens klass

EU:s riskklassificering för ledarna anges i tabell 1.6.1.

**Tabell 1.6.1 Information om identifiering av enheten**

Produkt-nummer	Enhetens namn och beskrivning	Produkt-nummer	EU enhetsklass	Grundläggande UDI-DI
388273	35/150/FC/SS/3J/CLASSIC	388273	III	08863332700062N
388275	38/150/FC/SS/3J/CLASSIC	388275	III	08863332700062N
388282	35/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388282	III	08863332700042J
388284	38/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388284	III	08863332700042J
388300	35/150/MC/PTFE/3J/CLASSIC	388300	III	08863332700142M
388301	35/150/MC/PTFE/ST/CLASSIC	388301	III	08863332700282Y
388768	35/175/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388768	III	08863332700042J
388794	35/260/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388794	III	08863332700042J
390182	35/150/FC/PTFE/3J/XTB	390182	III	08863332700202G
390186	35/175/FC/PTFE/3J/XTB	390186	III	08863332700202G
390282	35/150/FC/PTFE/3J/XTB	390282	III	08863332700302K
390284	38/150/FC/PTFE/3J/XTB	390284	III	08863332700202G
393182	35/150/FC/PTFE/3J/EXT	393182	III	08863332700182V
393184	38/150/FC/PTFE/3J/EXT	393184	III	08863332700182V
393186	35/175/FC/PTFE/3J/EXT	393186	III	08863332700182V
393187	38/175/FC/PTFE/3J/HD/Z	393187	III	08863332700182V
393282	35/150/FC/PTFE/3J/EXT	393282	III	08863332700212J
393999	35/180/FC/PTFE/DE-3J&ST	393999	III	08863332700242Q
395073	35/260/FC/PTFE/ST/MULLINS/HD	395073	III	088633327002932
395112	35/150/FC/PTFE/DE/3J/ST	395112	III	08863332700242Q
395170	35/180/FC/PTFE/BEN	395170	III	08863332700122H
395183	35/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	395183	III	08863332700042J
395205	21/125/FC/SS/ST	395205	III	08863332700072Q
395208	25/125/FC/SS/ST	395208	III	08863332700072Q
395212	32/150/FC/SS/ST	395212	III	08863332700072Q
395224	25/125/FC/PTFE/ST	395224	III	08863332700052L
395225	25/150/FC/PTFE/ST	395225	III	08863332700052L
395228	32/150/FC/PTFE/ST	395228	III	08863332700052L
395231	35/150/FC/PTFE/ST	395231	III	08863332700052L
395234	38/150/FC/PTFE/ST	395234	III	08863332700052L
395258	35/150/MC/PTFE	395258	III	08863332700282Y
395261	38/150/MC/PTFE	395261	III	08863332700282Y
395266	38/150/MC/PTFE/3J/HD	395266	III	08863332700272W
395270	25/125/FC/SS/3J	395270	III	08863332700062N
395273	35/150/FC/SS/3J	395273	III	08863332700062N
395275	38/150/FC/SS/3J	395275	III	08863332700062N
395279	25/125/FC/PTFE/3J	395279	III	08863332700042J
395280	35/150/FC/PTFE/1.5J/HD	395280	III	08863332700132K
395281	35/125/FC/PTFE/3J	395281	III	08863332700042J
395282	35/150/FC/PTFE/3J	395282	III	08863332700042J

Produkt-nummer	Enhetens namn och beskrivning	Produkt-nummer	EU enhetsklass	Grundläggande UDI-DI
395284	38/150/FC/PTFE/3J	395284	III	08863332700042J
395289	35/150/FC/PTFE/6J	395289	III	08863332700042J
395309	32/150/MC/PTFE/3J	395309	III	08863332700142M
395312	35/150/MC/PTFE/3J	395312	III	08863332700272W
395315	38/150/MC/PTFE/3J	395315	III	08863332700142M
395320	35/150/MC/PTFE/3J/SLIP	395320	III	08863332700142M
395330	38/260/MC/PTFE/3J	395330	III	08863332700142M
395332	32/150/FC/PTFE/3J/HD	395332	III	08863332700132K
395333	38/260/MC/PTFE/Straight	395333	III	08863332700282Y
395337	35/125/MC/PTFE/6J	395337	III	08863332700142M
395345	35/150/FC/PTFE/DE/3J/LT	395345	III	08863332700232N
395350	35/180/FC/PTFE/1.5J/HD	395350	III	08863332700132K
395352	35/150/FC/PTFE/15J/LT	395352	III	08863332700172T
395367	25/260/FC/PTFE/ST	395367	III	08863332700052L
395368	32/260/FC/PTFE/ST	395368	III	08863332700052L
395369	35/260/FC/PTFE/ST	395369	III	08863332700052L
395370	38/260/FC/PTFE/ST	395370	III	08863332700052L
395382	35/150/FC/PTFE/LT	395382	III	08863332700152P
395384	35/150/FC/PTFE/LLT	395384	III	08863332700252S
395398	35/150/MC/PTFE/1.5J	395398	III	08863332700142M
395406	21/260/FC/PTFE/3J	395406	III	08863332700042J
395420	25/150/FC/PTFE/1.5J	395420	III	08863332700042J
395457	18/150/FC/PTFE/ST	395457	III	08863332700052L
395465	18/150/FC/PTFE/3J	395465	III	08863332700042J
395469	18/260/FC/PTFE/ST	395469	III	08863332700052L
395470	18/150/FC/PTFE/1.5J	395470	III	08863332700042J
395501	21/150/FC/PTFE/ST	395501	III	08863332700052L
395504	21/125/FC/PTFE/ST	395504	III	08863332700052L
395509	21/150/FC/SS/ST	395509	III	08863332700072Q
395522	21/260/FC/PTFE/ST	395522	III	08863332700052L
395523	21/150/PTFE/3J	395523	III	08863332700042J
395559	25/150/FC/PTFE/3J	395559	III	08863332700042J
395585	25/260/FC/PTFE/3J	395585	III	08863332700042J
395600	32/150/FC/PTFE/3J	395600	III	08863332700042J
395603	32/150/FC/SS/3J	395603	III	08863332700062N
395613	32/125/FC/PTFE/3J	395613	III	08863332700042J
395622	32/260/FC/PTFE/3J	395622	III	08863332700042J
395656	35/200/MC/PTFE/3J	395656	III	08863332700142M
395687	35/150/FC/PTFE/HD/ST	395687	III	08863332700262U
395703	35/200/FC/PTFE/ST	395703	III	08863332700052L
395708	35/150/FC/PTFE/3J/LLT	395708	III	08863332700192X
395721	35/145/MC/PTFE/LT/3J	395721	III	08863332700162R
395722	35/200/FC/PTFE/3J	395722	III	08863332700042J
395768	35/175/FC/PTFE/3J	395768	III	08863332700042J

Produkt-nummer	Enhetens namn och beskrivning	Produkt-nummer	EU enhetsklass	Grundläggande UDI-DI
395780	35/150/FC/PTFE/7.5J	395780	III	08863332700042J
395787	35/150/FC/PTFE/1.5J	395787	III	08863332700042J
395794	35/260/FC/PTFE/3J	395794	III	08863332700042J
395817	38/200/FC/PTFE/3J	395817	III	08863332700042J
395839	38/260/FC/PTFE/3J	395839	III	08863332700042J
395863	38/150/FC/PTFE/1.5J	395863	III	08863332700042J
395884	28/150/FC/PTFE/ST	395884	III	08863332700052L
395900	32/150/FC/PTFE/1.5J	395900	III	08863332700042J
395919	35/150/FC/PTFE/LT/1.5J	395919	III	08863332700222L
395930E	35/150/FC/PTFE/BEN	395930E	III	08863332700122H
395931	32/150/FC/PTFE/BEN	395931	III	08863332700122H
395933C	38/150/FC/PTFE/BEN	395933C	III	08863332700122H
395961	28/150/FC/PTFE/3J	395961	III	08863332700042J
395979	15/150/FC/SS/MULLINS	395979	III	08863332700012C
395980	17/150/FC/SS/MULLINS	395980	III	08863332700012C
395991	30/150/FC/PTFE/3J	395991	III	08863332700042J
395993	35/150/FC/PTFE/3J/HD	395993	III	08863332700132K
A395231	35/150/FC/PTFE/CLASSIC	A395231	III	08863332700052L
A395282	35/150/FC/PTFE/3J	A395282	III	08863332700042J
A395284	38/150/FC/PTFE/3J	A395284	III	08863332700042J
A395312	35/150/MC/PTFE/3J/HD	A395312	III	08863332700272W
A395369	35/260/FC/PTFE/CLASSIC	A395369	III	08863332700052L
A395482	35/180/FC/PTFE/3J	A395482	III	08863332700042J
A395559	25/150/FC/PTFE/3J	A395559	III	08863332700042J
A395600	32/150/FC/PTFE/3J	A395600	III	08863332700042J
A395613	32/125/FC/PTFE/3J	A395613	III	08863332700042J
A395722	35/200/FC/PTFE/3J	A395722	III	08863332700042J
A395787	35/150/FC/PTFE/1.5J	A395787	III	08863332700042J
A395900	32/150/FC/PTFE/1.5J	A395900	III	08863332700042J

### 1.7. År då det första certifikatet (CE) utfärdades för enheten:

#### TF-0001 – Ledare:

Intyg om konstruktionskontroll nummer 75616DE02 utfärdades för ledarens produktfamilj som en medicinteknisk produkt av klass III den 24 april 2003, då ledare med hydrofil beläggning (ArgoGuide) lades till certifikaten.

Den 9 februari 2004 ändrades tillverkningsanläggningens namn från Maxxim Medical till Argon Medical Devices, Inc. Intyg om konstruktionskontroll nummer 75616DE02 ersattes med det nya intyget 2029292DE02 utfärdat av KEMA.

År 2011 ändrade Argon sitt anmälda organ från KEMA till BSI. Följande certifikat utfärdades av BSI:

- EU-intyg om fullständig kvalitetssäkring Certifikat 565719
- ISO 13485 Certifikat FM 700791

- EU-intyg om konstruktionskontroll Certifikat 565721

År 2013 lades ledare med PTFE-beläggning till intyget om konstruktionskontroll. De tidigare representativa produkterna AquaTrack och ArgoGuide har tagits bort från certifikaten och tillverkas inte längre av Argon.

**1.8. Auktoriserad representants namn och SRN:**

Namn: Emergo Europe B.V.  
Adress: Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nederländerna

Webbplats: [www.emergogroup.com](http://www.emergogroup.com)

Telefon: +31 (0)70 345 8570  
Fax: +31 (0)70 346 7299  
SRN: NL-AR-000000116

**1.9. Anmält organ namn och enskilt identifieringsnummer:**

Namn: BSI Group the Netherlands B.V.  
Adress: Say Building  
John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam  
Nederländerna

Webbplats: [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com)

Telefon: +31 (0)20 346 07 80  
Fax: +31 (0)20 346 07 81

Anmält organ nummer: 2797

## **2. Avsedd användning av enheten**

### **2.1. Avsedd användning**

Ledarna är avsedda att underlätta perkutan placering av intravaskulära enheter och icke-vaskulära enheter under diagnostiska och interventionella procedurer.

### **2.2. Indikationer och målpopulationer**

Ledarna är indikerade för användning i en angiografisk procedur för att föra in och placera katetrar och interventionella enheter i koronarkärlsystemet och det perifera kärlsystemet. Ledarna är också avsedda att underlätta perkutan placering av perifera intravaskulära och icke-vaskulära enheter under diagnostiska och interventionella procedurer. Ledarna medför en indirekt fördel för patienten genom att aktivera diagnos eller procedurer som är inriktade på hjärtat och det centrala cirkulationssystemet, de perifera vaskulära eller icke-vaskulära procedurer som är relaterade till gallblåsan eller obstruktion av gallgångarna och perkutant dränage. Valet av ledare är baserat på läkares bedömning beroende på vilken typ av ingrepp som utförs.

### **2.3. Kontraindikationer**

Det finns inte några kända kontraindikationer.

## **3. Produktbeskrivning**

### **3.1. Beskrivning av enheten**

Ledarna är kirurgiska engångsinstrument för vaskulär åtkomst. Produkten är avsedd för användning i angiografiska procedurer för att föra in och placera katetrar och interventionella enheter i koronarkärlsystemet och det perifera kärlsystemet.

Ledarna är utformade för att underlätta passagen för katetern och introducern i kärlsystemet med hjälp av Seldingerteknik eller modifierad Seldingerteknik. Dessa tekniker används rutinmässigt men inte uteslutande för placering av introducers, kardiovaskulära katetrar, röntgenkatetrar, centrala venkatetrar, artärkatetrar och termodilutionskatetrar.

Kärntråden är endast svetsad på den proximala änden av ledaren och tar slut innan den når den distala änden av ledaren. Säkerhetsbandet är svetsat på båda ändarna av ledaren. Spolen innesluter hela enheten.

Enheter och ledarnas olika delar är förpackade såsom sterila enheter för engångsbruk. Ledarna för förseglade i Tyvek-påsar och förpackade med en bruksanvisning. Enheter är steriliserade med etylenoxid (EtO).

En biokompatibilitetsbedömning har utförts för ledarna och biokompatibilitetstestning utfördes i enlighet med rekommendationerna i standardserien ISO 10993 *Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter*. Kategoriseringarna av vävnadskontakten för Worker- och Amplatz-ledarna är externt kommunicerande enhet i kontakt med cirkulerande blod och med begränsad kontakttid ( $\leq 24$  timmar).



**Figur 1: Ledare av rostfritt stål**



**Figur 2: Ledare av rostfritt stål med PTFE-beläggning**



**Tabell 3.1.-1: Variationer av ledare**

Handelsnamn	Rostfritt stål	Rostfritt stål med PTFE-beläggning	Nitinol, platinumspole
Beläggning	Rostfritt stål	PTFE-belagd	Nitinol
Huvudsakligt syfte	Allmän intravaskulär användning för att underlätta kateterplacering	Allmän intravaskulär användning för att underlätta kateterplacering PTFE-beläggningen gör det lättare för katetern att passera över en ledare	Allmän intravaskulär användning för att underlätta kateterplacering
Diameter	0,015”–0,038”	0,018”–0,038”	0,018”
Längd	40 cm–150 cm	50 cm–260 cm	45 cm
Skaflets styvhet	Standard	Standard	Standard
Kärna	Fast eller rörlig	Fast eller rörlig, HD	Nitinolmandräng med platinumspole
Avsmalnande kärna	1,5 cm – 9,0 cm	3,5 cm – 16 cm	4,8 cm

Handelsnamn	Rostfritt stål	Rostfritt stål med PTFE-beläggning	Nitinol, platinumpole
Beläggning	Rostfritt stål	PTFE-belagd	Nitinol
Spetsstilar	1,5 mm J, 3 mm J, Rak (ST), Klassisk Dubbeländad, Mullins	1,5 mm J, 3 mm J, 6 mm J, 7,5 mm J, – 15 mm J, Förlängbar (EXT), Z, XTB, Klassisk, LT, LLT Rak (ST), Bentson-typ (BEN), Dubbeländad (DE), Mullins	Rak

### 3.2. Tidigare varianter och deras olikheter

Ingen

### 3.3. Tillbehör, kompatibla enheter och andra produkter som används i kombination

Ledarna är kompatibla med medicintekniska produkter med en lumen som är större än den diameterstorlek som anges på etiketten och kortare än den märkta längden. Läkares bedömning krävs för att välja lämplig ledare som är kompatibel med andra medicintekniska produkter som ska användas.

## 4. Risker och varningar

### 4.1. Kvarvarande risker och oönskade biverkningar

Argons riskhanteringsprocess genomförs i enlighet med EN ISO 14971:2019. Individuell sammanfattning och bedömning av kvarvarande risk utfördes genom granskning av klinisk litteratur om den aktuella enheten och den senaste tekniken (SOA) i CER-001 Rev E. Sökperioden omfattade 01 januari 2017 till 31 juli 2022. Oönskade händelser som identifierats i litteraturen presenteras i tabellen nedan.

**Tabell 4.1.-1: Potentiella oönskade händelser för ledarna som påträffats i litteraturen.**

Möjliga oönskade händelser
<p>Eventuella komplikationer som förknippas med användning av ledarna är bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kärelperforation</li> <li>• Kärldissektion</li> <li>• Tromb/okklusion</li> <li>• Hjärtinfarkt</li> <li>• Perforation av icke avsedda organ</li> <li>• Vävnadsskada</li> <li>• Infektion</li> </ul>

**Tabell 4.1.-2: Önskad händelser som rapporterats i litteraturen**

Oönskad händelse	Ledare som omfattas här n/N (%)	Ledare n/N (%)
<b>Perifer vaskulatur</b>		
Kärlperforation	0/24 (0 %)	17/3069 (0,6 %)
Kärldissektion	0/24 (0 %)	85/3265 (2,6 %)
Tromb/ocklusion	0/24 (0 %)	2/289 (0,7 %)
<b>Total</b>	<b>0/24 (0 %)</b>	<b>104/3561 (2,9 %)</b>
<b>Icke-vaskulär</b>		
Perforation av icke avsedda organ	0/59 (0 %)	42/3203 (1,3 %)
Vävnadsskada	0/59 (0 %)	-
Infektion	1/59 (1,7 %)	93/3203 (2,9 %)
<b>Total</b>	<b>1/59 (1,7 %)</b>	<b>135/3203 (4,2 %)</b>
<b>Koronar</b>		
Kärlperforation	-	861/20682 (4,2 %)
Kärldissektion	-	39/5054 (0,8 %)
Tromb/ocklusion	-	59/15794 (0,4 %)
Hjärtinfarkt	-	236/17435 (1,4 %)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1195/24861 (4,8 %)</b>

\*Anmärkning: Alla tidpunkter är periprocedurala

\*\*Anmärkning: n= antal förekomster, N= total urvalsstorlek för alla studier där "n" observerades

Informationen är baserad på aktuell kunskap och den senaste tekniken inom perkutan placering av intravaskulära och icke-vaskulära enheter under diagnostiska och interventionella förfaranden med hjälp av tillbehör och standardledare. Litteraturen utvärderades för information relaterad till målgruppen, tillgängliga alternativ, riktmärken och konkurrerande enheter för att presentera en analys av det aktuella tekniska läget. Prestanda- och säkerhetsresultat med för närvarande tillgängliga enheter fastställdes utifrån den aktuella kunskapen/det aktuella teknikläget inom området och från en genomgång av publicerad litteratur om konkurrerande enheter för att definiera acceptanskriterier. Jämförelsen mellan acceptanskriterier och resultat med de aktuella enheterna visar att olika typer av ledare anses ligga inom den aktuella teknikens ståndpunkt när de används på avsett sätt.

#### 4.2. Varningar och försiktighetsåtgärder

Bruksanvisning för ledare PMT-35-2000-99AM:

##### Varningar

- Den här produkten har konstruerats, testats och tillverkats endast för engångsbruk. Återanvändning eller rekonditionering har inte utvärderats och kan leda till fel på enheten som medför sjukdom, infektion eller andra skador på patienten. Återanvänd, rekonditionera eller omsterilisera inte denna produkt.
- Kontrollera före användningen att förpackningen är intakt.

- Får inte användas om förpackningen verkar ha öppnats eller om utgångsdatumet har passerat.
- För inte fram ledaren vid motstånd förrän orsaken till motståndet har fastställts med fluoroskopi. För stor kraft vid motstånd kan leda till skada på ledare eller kateter eller till kärlperforation.
- Vrid inte för mycket på ledaren.
- Se till att den distala spetsen av ledaren inte fastnar eller vrids för mycket. Detta kan medföra att ledaren går sönder.
- Böj inte ledaren för mycket. Det kan leda till brott på ledaren.
- Ledarens placering ska övervakas under placeringen och hanteringen med hjälp av fluoroskopisk eller lämplig bildåtergivningsmetod.
- Dra inte ut ledaren genom en nål. Räta ut ledaren om du ska dra ut nålen.

### **Försiktighetsåtgärder**

- Ledarna kan vridas eller fastna när mer än en ledare används samtidigt. Detta kan undvikas genom att noga isolera och markera den proximala änden av ledarna.

### **4.3. Andra relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden (FSCA inklusive FSN)**

Det har inte vidtagits några säkerhetsåtgärder på marknaden eller förekommit några marknadsmeddelanden för ledarna.

## **5. Sammanfattning av den kliniska utvärderingen och den kliniska uppföljningen efter utsläppandet på marknaden (PMCF)**

### **5.1. Sammanfattning av kliniska uppgifter om likvärdig enhet, om tillämpligt**

Ej tillämpligt, eftersom ingen likvärdighet har hävdats för ledarna.

### **5.2. Sammanfattning av kliniska data från genomförda undersökningar av enheten före CE-märkningen, om tillämpligt**

Ej tillämpligt. Inga kliniska undersökningar av ledarna utfördes före CE-märkningen.

### **5.3. Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt**

Kliniska data som stöder säkerheten och prestanda för ledarna har erhållits från följande källor:

- PMCF-aktiviteter för de olika familjerna av ledare, inklusive kundenkäter
  - Enkätrapport – ledarens produktfamilj (januari 2018 till september 2019)
  - Enkätrapport – ledare (01 september 2017 till och med 01 september 2020)

- Databaserna Medline och EMBASE användes för litteratursökningen för perioden från 01 januari 2017 till 31 juli 2022. Den innehåller omfattande dataset med pågående kliniska undersökningar, vetenskapliga publikationer som granskats av sakkunniga, aktuella riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av medicinska organisationer samt systematiska litteraturgenomgångar som genomförts för att fastställa dessa rekommendationer.

PMCF-aktiviteterna är dokumenterade i PMCFP-0027 Rev C

**Tabell 5.3.-1: Sammanfattning av PMCF-studie**

Aktivitetens namn	Beskrivning av aktiviteten	Aktivitetens syfte	Motivering och kända begränsningar av aktiviteten	Datum för slutförande/ Beräknad tidsram
Enkätrapport av klinisk uppföljning efter marknadsintroduktionen – ledare (N=36)	<b>Enkäter för kundfeedback</b>  Enkät från hälso- och sjukvårdspersonal/ användare	För att samla in feedback om slutanvändarnas tillfredsställelse med en viss produkts prestanda, slutanvändarnas oro för en viss produkts säkerhet och potentiella risk, övergripande användartillfredsställelse avseende produktkategorin och användarprofilen och deras val av liknande produkter.	Urvalsstorleken är relativt liten för tre av de utvärderade produktfamiljerna:	2020-11-18
KUNDENKÄT FÖR WORKER-LEDARENS PRODUKTFAMILJ (N=53)	<b>Enkäter för kundfeedback</b> Enkät från hälso- och sjukvårdspersonal/ användare	Att få feedback från läkare avseende den kliniska säkerheten och prestandamålen för Worker-ledarna.	Målet är att uppnå minst 85 % acceptans/positiv feedback från slutanvändarna	September 2019

### Enkätrapport – Worker-ledare Produktfamilj

Syftet med denna enkät var att få feedback från läkare om den kliniska säkerheten och prestandamålen för Worker-ledarna.

Enkäten skickades ut i pappersformat och online till slutanvändare (läkare) av produktlinjen. Forskningsmetoden var kvalitativ (ja/nej-svar) snarare än kvantitativ (t.ex. att utföra en laboriemätning på en parameter av intresse). Relevansen av ja/nej-frågorna baseras på den förenklade karaktären hos varje mål. Det fanns 10 frågor i enkäten som gällde för alla varianter av Worker-ledare. Argon Medical hade för avsikt att analysera enkätdata efter att ha samlat in minst 35 enkäter, men fler enkäter mottogs och dessa uppgifter införlivades. Kvalitativa analyser kräver en mindre urvalsstorlek än de kvantitativa analyserna.

Totalt besvarades enkäten av 53 personer. Minst 85 % acceptans/positiv feedback från slutanvändarna uppnåddes, utom för fråga 3 som låg på 81 % på grund av att 6 av de 33 svaren angav att den flexibla spetsen på Amplatz-ledaren inte möjliggjorde atraumatisk navigering i kärnen. Alla de 6 svaren lämnades av läkare från samma sjukhus och hänvisade till ett klagomål som just hade inträffat på den anläggningen. Inga nya risker eller farhågor identifierades.

## Enkätrapport för ledare

De produktspecifika varianterna av ledare som undersökts är Bentson, dubbeländad, rörlig kärna, rostfritt stål fast kärna (SS fast kärna) och PTFE fast kärna.

Undersökningen är en självadministrerad slutanvändarundersökning som genomförs via pappersformulär eller interaktivt onlineformat och består av ja/nej-frågor och öppna frågor relaterade till patientsäkerhet, produktkvalitet samt användarprofilen avseende användning av andra ledare från andra tillverkare. Avslutningsvis ombads uppgiftslämnarna att ge annan feedback om de utvärderade produkterna.

Enkäten för kundfeedback bestod av fem domäner och var indelad i tre avsnitt:

- Produktspecifik säkerhet och prestanda
- Allmän tillfredsställelse och användarprofil
- Uppgiftslämnarinformation.

Enkätens domäner är följande:

- Produktspecifik säkerhet och prestanda. Denna domän omfattar produktspecifika mätvärden och frågor som spårbarhet, vridbarhet, flexibilitet, korsbarhet, stödbarhet och taktill återkoppling.
- Ytterligare patientsäkerhetsproblem relaterade till användningen av enheten
- Allmän tillfredsställelse beträffande kvaliteten av ledarna
- Allmän produktprestanda
- Användarprofil.

Målgruppen för undersökningen var slutanvändare av ledare som är läkare som utför kärnprocedurer med någon av produktfamiljerna inom ledarens produktlinje för dess avsedda användningsområden.

Kundenkäten skickades till alla globala slutanvändare på olika medicinska institutioner via företagets försäljningsnätverk av distributörer och direktförsäljare.

Totalt 36 enkäter besvarades av slutanvändare som använde minst en produkt från en familj av ledare mellan den 10 september 2020 och den 13 november 2020. Slut användarna var radiologitekniker (n=6) och läkare (n=30).

Uppgiftslämnarnas användning av ledare visas nedan i Tabell 5.3.-2. Totalt 30/36 (83,3 %) uppgiftslämnare använde en typ av ledare, 5/36 uppgiftslämnare (13,9 %) använde 2 typer av ledare och 1/36 uppgiftslämnare (2,8 %) använde alla typer av ledare.

**Tabell 5.3.-2: Antal och typ av använda Argon-produkter**

Tillverkare	Antal uppgiftslämnare (n=36)	Procent (%)
Engångsprodukt	30	83,3
Bentson	13	36,1
PTFE fast kärna – J-spets	11	30,6
PTFE fast kärna – Rak spets 1	5	13,9
Dubbeländad	1	2,8
Två produkter	5	13,9
Bentson, Movable Core	1	2,8
Bentson, PTFE fast kärna J-spets	2	5,6
Bentson, SS fast kärna – J-spets	1	2,8
PTFE fast kärna – J-spets, SS fast kärna – J-spets	1	2,8
Alla sju produkter	1	2,8

Svarsprocenten var 100 % för alla mätvärden i alla familjer utom för spårbarhet (89 %) i Bentson-familjen. Resultaten av enkäterna för kundfeedback för produkterna presenterades i Tabell 5.3.-3.

**Tabell 5.3.-3: Resultaten av enkäter för kundfeedback för produkterna**

Typ av ledare	Antal användare	Flexibilitet	Spårbarhet	Vridbarhet	Kontroll av stelhet/flexibilitet	Taktil återkoppling	Passageförmåga
Bentson	18	18 (100 %)	16 (89 %)	-	-	-	-
Dubbeländad	2	2 (100 %)	2 (100 %)	2 (100 %)	-	-	-
Rörlig kärna	2	-	-	2 (100 %)	2 (100 %)	-	-
PTFE fast kärna 1	20	2 (100 %)	2 (100 %)	2 (100 %)	-	-	-
SS fast kärna 2	3	3 (100 %)	3 (100 %)	3 (100 %)	-	3 (100 %)	2 (100 %)

Obs! 1. Det var 14 användare av PTFE J-spets, 5 av rak spets och 1 använde båda. 2. Det var 2 användare av SS J-spets och 1 använde både SS J-spets och rak spets. 3. En användare svarade inte på denna fråga.

Den övergripande kliniska erfarenheten med ledarna presenteras i Tabell 5.3.-4

**Tabell 5.3.-4: Allmän produktprestanda**

Punkt	Antal uppgiftslämnare	Ja	Nej
Ytterligare säkerhetsproblem	35	1 (3 %)	34 (97 %)
Produktförpackning acceptabel	36	36 (100 %)	0
Övergripande kvalitet acceptabel	36	36 (100 %)	0
Övergripande prestanda acceptabel <sup>1</sup>	36	35 (97 %)	1 (3 %)

Punkt	Antal uppgiftslämnare	Ja	Nej
Produkt tolererad av patienten	28	28 (100 %)	
Produktsupport och placering av interventionella enheter i kärlsystemet <sup>1</sup>	35	34 (97 %)	1 (3 %)
Använder ledare från en annan tillverkare	36	33 (92 %)	3 (8 %)

<sup>1</sup> En användare (nr 001) angav att produktens övergripande prestanda inte var acceptabel och svarade att produkten inte stöder introduktion och placering av interventionella enheter i kärlsystemet. Anmärkningen för båda enkätfrågorna är ”axeln är för flexibel för tillräcklig spårbarhet”.

Totalt 35 uppgiftslämnare angav att det inte fanns några ytterligare patientsäkerhetsproblem relaterade till användningen av ledarna, medan 1 uppgiftslämnare angav att spetsen på Bentson-ledaren är mycket styv och att den oavsiktligt kan punktera ett kärl om den placeras med kraft. Totalt 28 (100 %) uppgiftslämnare angav att produkterna tolererades av alla patienter. Den övergripande produktkvaliteten var acceptabel för alla 36 (100 %) uppgiftslämnare, medan produktprestandan var acceptabel för 35 (97 %) av de 36 uppgiftslämnarna. Ledarnas stöd för införing och placering av interventionella enheter i kärlsystemet stöddes av 34/36 (97 %) av uppgiftslämnarna. Totalt 33 (91,7 %) uppgiftslämnare angav användning av ledare från Terumo (16/33, 48,5 %), Boston Scientific (15/33, 45,5), Merit (7/33, 21,2 %), Cook/Cook Medical (6/33, 18,2 %) och Abbott (3/33, 9,1 %).

Totalt 36 uppgiftslämnare (100 %) är nöjda med ledarna med avseende på övergripande produktkvalitet patienttolerans och produktförpackning; och alla utom en (97 %) av dem är nöjda med övergripande produktprestanda, säkerhet och introduktion av produktstöd och placering av interventionella enheter i kärlsystemet. Inga nya risker eller farhågor identifierades.

### Bedömning och dataextraktion av relevant klinisk litteratur

Totalt 147 artiklar om berörda enheter identifierades i den systematiska litteratursökningen för denna initiala MDR CER-001 Rev E, och 3 artiklar uppfyllde inklusionskriterierna. En sammanfattning av kliniska data från de 3 inkluderade artiklarna presenteras nedan.



**Artikel 1. Teoh AYW, Serna C, Penas I, et al. Endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage reduces adverse events compared with percutaneous cholecystostomy in patients who are unfit for cholecystectomy. Endoscopy. 2017;49(2):130-138.<sup>127</sup>**

<b>Enhet/konfiguration</b>	0,035" Amplatz-ledare (Argon Medical Devices, Inc.)
<b>Tillämpning/indikation</b>	ACC, enligt godkända indikationer
<b>Anatomisk plats</b>	Gallblåsa
<b>Bedömning</b>	D1 A1 P1 R1 T1 O1 F1 S1 C1
<b>Artikelnivå</b>	1
<b>Aktuell enhet/konfiguration av aktuell enhet (n)</b>	0,035" Amplatz-ledare (Argon Medical Devices, Inc.) (n=59)
<b>Konkurrent/annan enhet (n)</b>	NR
<b>CER objektiv varaktighet av uppföljningen</b>	Periprocedural
<b>CER mål: Säkerhet</b>	
Vävnadsskada	0/59 (0 %)
Perforation/punktion (av icke avsedda organ)	0/59 (0 %)
Infektion	Sepsis: 1/59 (1,69 %) Infektion i urinvägarna: 0/59 (0 %)
<b>CER mål: Prestanda</b>	
Teknisk framgång	59/59 (100 %)
Lyckade ingrepp	56/59 (94,9 %) <sup>1</sup>
<b>Ny oönskad händelse eller problem med enheten identifierade</b>	Nej

<sup>1</sup>Övervägdes baserat på klinisk framgång. Komplikationer uppstod dock en dag efter att ingreppet utförts  
NR-Inte rapporterat

**Syfte:** Att jämföra endoskopisk ultraljudsledd gallblåsedrainering (EGBD) med perkutan kolecystostomi som en definitiv behandlingsmetod för akut kolecystit hos patienter som inte är lämpade för kirurgi.

**Patienter och metoder:** Mellan november 2011 och augusti 2014, i en multicenter, retrospektiv, 1:1 matchad kohortstudie av 118 patienter, 59 patienter med akut kolecystit (män, n=30; kvinnor, n=29) med medelålder: 81,2±10,4 år, genomgick perkutan kolecystostomi. Resultaten matchades med avseende på ålder, kön och riskklassificering enligt ASA (American Society of Anaesthesiologists).

En 0,035" tum Amplatz-ledare (Argon Medical Devices Inc., USA) fördes in genom nålen och lindades säkert in i gallblåsans lumen åtföljt av seriella utvidgningar av området. När området hade utvidgats tillräckligt fördes en pigtail-dräneringskateter av lämplig storlek in i gallblåsans lumen över ledaren.

Resultatmåttan inkluderade teknisk och klinisk framgång, biverkningsfrekvens, sjukhusvistelse, antalet oplanerade inläggningar och dödlighet. Teknisk framgång definierades som förmågan att komma åt och dränera gallblåsan genom placering av ett dräneringsrör eller en stent med omedelbart dränage av galla. Klinisk framgång definierades som förbättring av kliniska symtom och minskande antal vita blodkroppar inom 5 dagar efter ingreppet.

**Resultat:** Teknisk framgång uppnåddes hos alla patienter och klinisk framgång uppnåddes hos 56/59 (94,9 %) patienter. Det förekom inga fall av vävnadsskada, perforation/punktion (av icke avsedda organ), urinvägsinfektion. En patient (1,69 %) drabbades av svår sepsis som ledde till akut njursvikt och död.

Den totala biverkningsfrekvensen var 44/59, (74,6 %). Biverkningar efter 30 dagar inträffade hos 10/59 (16,9 %) patienter och allvarliga biverkningar observerades hos 44/59 (74,6 %) patienter. Oplanerade inläggningar relaterade till interventionen observerades hos 42/59, (71,2 %) patienter och återkommande akut kolecystit observerades hos 4/59, (6,8 %) patienter, och inga intraprocedurala biverkningar inträffade

**Slutsats:** Författarna drog slutsatsen att perkutan kolecystostomiteknik var ett effektivt sätt att uppnå gallblåsedränage hos patienter med akut kolecystit som inte var lämpade för kirurgi.

**Artikel 2. Yip HK, Youssef AA, Chang WN, et al. Feasibility and safety of transradial arterial approach for simultaneous right and left vertebral artery angiographic studies and stenting. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007;30(5):840-846<sup>128</sup>**

<b>Enhet/konfiguration</b>	J-spets teflonledare (Argon Medical Devices, Inc.)
<b>Tillämpning/indikation</b>	Vertebral angiografi och stentning/karotisangiografi hos patienter med vertebral artärstenos/karotisartärstenos; enligt godkända indikationer
<b>Anatomisk plats</b>	Cirkulationsvaskulatur/perifer arteriell vaskulatur
<b>Bedömning</b>	D1 A1 P1 R1 T1 O1 F1 S1 C1
<b>Artikelnivå</b>	I
<b>Aktuell enhet/konfiguration av aktuell enhet (n)</b>	J-spets teflonledare (N=24 patienter)
<b>Konkurrent/annan enhet (n)</b>	NR
<b>CER objektiv varaktighet av uppföljningen</b>	Periprocedural
<b>CER mål: Säkerhet</b>	
Kärlperforation	0/24 (0 %)
Kärldissektion	0/24 (0 %)
Tromb/ocklusion	0/24 (0 %)
<b>CER mål: Prestanda</b>	
Teknisk framgång	24/24 (100 %)
Lyckade ingrepp	24/24 (100 %) <sup>1</sup>
<b>Ny önskad händelse eller problem med enheten identifierade</b>	Nej

<sup>1</sup>Övervägdes baserat på teknisk framgång. Komplikationer uppstod dock en dag efter att ingreppet utförts.

NR; Inte rapporterat

**Syfte:** Att studera säkerheten och effektiviteten hos TRA-metoden (transradial artery approach) med en 6-french (F) Kimny guidekateter för angiografisk undersökning och stentning av höger kotartär.

**Patienter och metoder:** Denna studie av 24 på varandra följande patienter med kotartärstenos/karotisartärstenos som genomgick angiografi av vertebrala och karotisartärer följt av stentning av kotartären mellan november 2004 och december 2006 inkluderades i denna studie. Baslinjeegenskaperna och komorbiditeterna var följande: medelålder: 68,7±9,5 år, män: 22/24 (91,7 %), hypertoni 21/24 (87,5 %), diabetes mellitus: 11/24 (45,8 %), rökare: 11/24 (45,8 %), före hjärtinfarkt: 3/24 (8,3 %) och före TIA: 10/24 (41,7 %). I denna angiografiska studie av kotartären användes en kombination av ipsilateral och retrograd ingreppsteknik, som involverade en loopande 6-F Kimny-ledarkateter tillsammans med en 0,035-tums J-spets teflonledare (Argon Medical Devices). För stentning av kotartären användes en ipsilateral TRA-metod med antingen en Kimny-ledarkateter eller en ledarkateter för vänster inre bröstartär hos 22 patienter och retrograd ingreppsteknik hos 2 patienter. En  $\geq 50$  % stenosis i antingen halspulsådern, vertebralartären eller den intrakraniella huvudartären definierades som en betydande obstruktion av dessa kärl. Allvarlig obstruktion definierades som  $\geq 70$  % stenosis.

**Resultat:** I de flesta fall användes vänster TRA-ingrepp. Signifikant koronarartäroblockering hittades hos 83,3 % och signifikant stenosis av extrakraniella karotisartärer hittades hos 33,3 % av patienterna i studien. Teknisk framgång för ingreppet rapporterades till 100 % hos alla patienter, inklusive stentning av vänster kotartär hos 15 patienter och stentning av höger kotartär hos 9 patienter. Procedurrelaterade neurologiska komplikationer rapporterades hos 1 patient (4,2 %). Inga vaskulära komplikationer, sårkomplikationer eller procedurrelaterade dödsfall rapporterades.

**Slutsats:** Författarna drog slutsatsen att TRA-metoden är säker och effektiv för både cerebrala och koronara angiografiska studier och stentning av kotartären. Hos patienter som inte lämpar sig för femoral arteriell access kan den betraktas som en enkel och användbar klinisk metod.

**Artikel 3. Alqahtani S, Kandeel AY, Rolf T, Frederic G, Qanadli SD. Case report: an unusual combined retrograde and antegrade transpedal subintimal recanalization of the infrainguinal arteries. J Vasc Interv Radiol. 2012;23(10):1325-1329.<sup>129</sup>**

<b>Enhet/konfiguration</b>	POINTER nitinolledare (Angiotech/Medical Device Technologies, Inc.)
<b>Tillämpning/indikation</b>	Kombinerad retrograd och antegrad transpedal subintimal rekanalisering av infrainguinala kärl [femoralartären, poplitealartären, tibioperonealstammen, peronealartären]/CLI, enligt godkända indikationer
<b>Anatomisk plats</b>	Infrainguinala kärl (femoralartären, poplitealartären, tibioperonealstammen, peronealartären)
<b>Bedömning</b>	D1 A1 P1 R1 T2 O1 F1 S2 C1
<b>Artikelnivå</b>	1
<b>Aktuell enhet/konfiguration av aktuell enhet (n)</b>	POINTER nitinolledare (N=1 patient)
<b>Konkurrent/annan enhet (n)</b>	NR
<b>CER objektiv varaktighet av uppföljningen</b>	Periprocedural
<b>CER mål: Säkerhet</b>	
Kärlperforation	NR
Kärldissektion	NR
Tromb/okklusion	NR
<b>CER mål: Prestanda</b>	
Teknisk framgång	1/1*
Lyckade ingrepp	1/1
<b>Ny oönskad händelse eller problem med enheten identifierade</b>	Nej

NR; Inte rapporterat

\*Svårigheten att föra fram ledaren berodde på den omfattande förkalkningen, men ballongangioplastik och stentning utfördes och blodflödet återställdes.

**Syfte:** Att beskriva en ny teknik för retrograd rekanalisering av infrainguinalartärerna, även när inga öppna artärer kan identifieras vid eller under knäledsnivån.

**Patienter och metoder:** Författarna beskrev ett fall med en 66-årig manlig patient med diabetes, ischemisk kardiomyopati och höger hemiplegi i sjukdomshistorien. Han uppvisade ett 3 månader gammalt icke läkande sår på vänster fots dorsum i kombination med smärta i vänster fot vid vila under den senaste månaden. CT-angiografi visade fullständig okklusion av de ytliga femorala, popliteala, infrapopliteala artärerna och förkalkad stenosis i den vänstra gemensamma femorala artären (CFA) som sträckte sig in i profunda femoris-artären. Endartärektomi med patchangioplastik av vänster CFA och profunda femoris misslyckades, varpå antegrad rekanalisering utfördes och misslyckades. Slutligen användes ett retroaktivt tillvägagångssätt genom vänster dorsalis pedis-artär, vilket resulterade i rekanalisering av de helt okkluderade främre tibial-, popliteal- och ytliga femoralartärerna subintimalt tills CFA nåddes.

Ledaren på 0,014 tum byttes ut mot en 0,018 tum, 300 cm POINTER nitinolledare (Angiotech Medical Device Technologies) som med svårighet kunde föras in i det verkliga lumen i den proximala tibioperonealstammen på grund av omfattande förkalkning i artären. Antegrad ballongangioplastik av peroneal- och tibioperonealartärerna följde av ballongdilatation av popliteal- och femoralartärerna utfördes. Omfattande förkalkning noterades och därför utplacerades två självexpanderande stentar i den proximala femoralartären till den övre delen av poplitealartären.

**Resultat:** Kontrollangiografi visade rekanalisering av femoralartären, poplitealartärerna, tibioperonealartärerna och peronealartärerna med återställt flöde till foten genom det långsgående fotvalvet. Smärta vid vila försvann omedelbart efter ingreppet. Förbättring av det distala flödet dokumenterades vid uppföljande ultraljudsundersökningar som utfördes samma dag och dagen efter ingreppet. Dag 10 skrevs patienten ut med medicinering med aspirin och klopidogrel. Fullständig läkning av såret noterades sju veckor efter ingreppet. Vid 6-månadersuppföljningen mätte patienten fortfarande bra, utan vilosmärta eller något nytt fotsår.

**Slutsats:** Författarna drog slutsatsen att retrograd subintimal rekanalisering av kroniskt ockluderade infrainguinala kärl genom en ockluderad access till arteria dorsalis pedis är en genomförbar och användbar metod hos utvalda patienter med kronisk kritisk extremitetsischemi (CLI) som har ocklusion av alla infrapopliteala artärer och som löper hög kirurgisk risk eller hos vilka en tidigare antegrad metod har misslyckats.

**Tabell 5.3.-5: Klassificering, bedömning och utvärdering av de undersökta enheterna Litteratur – Perifer vaskulatur**

Referens	Enhet	Utformning av studien	Bedömningskriterier för lämplighet				Bedömningskriterier för databidrag					Evidensnivå
Yip et al., 2007 <sup>128</sup>	J-spets teflonledare (Argon Medical Devices, Inc.)  Diameter: 0,035 tum Längd: 260 cm	Prospektiv studie  November 2004 till december 2006	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	1
Alqahtani et al., 2012 <sup>129</sup>	POINTER nitinolledare (Angiotech Medical Device Technologies)  Diameter: 0,018 tum Längd: 300 cm	Fallrapport	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S2	C1	1

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

**Tabell 5.3.-6: Klassificering, bedömning och utvärdering av de undersökta enheterna Litteratur – Icke-vaskulär**

Referens	Enhet	Utformning av studien	Bedömningskriterier för lämplighet				Bedömningskriterier för databidrag					Evidensnivå
Teoh et al., 2016 <sup>127</sup>	Amplatz ledare (Argon Medical Devices)  Diameter: 0,035 tum	Multicenter, retrospektiv, kohortstudie  November 2011 och augusti 2014	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	1

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

**Tabell 5.3.-7: Frekvenser av resultatmått för säkerhet och prestanda som rapporterats från analysen av de aktuella enheterna – Perifer vaskulatur**

Referens	Säkerhet			Prestanda	
	Kärlperforation n/N (%)	Kärldissektion n/N (%)	Tromb/oklusion n/N (%)	Teknisk framgång n/N (%)	Lyckade ingrepp n/N (%)
Yip et al., 2007 <sup>128</sup>	0/24 (0 %)	0/24 (0 %)	0/24 (0 %)	24/24 (100 %)	24/24 (100 %)
Alqahtani et al., 2012 <sup>129</sup> a	NR	NR	NR	1/1	1/1
<b>Övergripande område</b>	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
<b>Acceptanskriterier</b>	<b>Mindre än 2,4 %</b>	<b>Mindre än 2,9 %</b>	<b>Mindre än 1,9 %</b>	<b>Större än 81,8 %</b>	<b>Större än 83,3 %</b>
<b>Alla dataset uppfyller acceptanskriterierna (ja/nej)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

<sup>a</sup> Eftersom detta är en fallrapport beaktades inte artikeln för det övergripande området eftersom vi inte analyserar fallrapporter för övergripande säkerhets- och prestandaanalys.

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

NR: Ej rapporterad.

**Tabell 5.3.-8: Frekvenser av resultatmått för säkerhet och prestanda som rapporterats från analysen av de aktuella enheterna – Icke-vaskulär**

Referens	Säkerhet			Prestanda	
	Vävnadsskada n/N (%)	Perforation eller punktion av icke avsedda organ n/N (%)	Infektion n/N (%)	Teknisk framgång n/N (%)	Lyckade ingrepp n/N (%)
Teoh et al., 2016 <sup>127</sup>	0/59 (0 %)	0/59 (0 %)	1/59 (1,7 %)	59/59 (100 %)	59/59 (100 %)
<b>Övergripande område</b>	0 %	0 %	1,7 %	100 %	100 %
<b>Acceptanskriterier</b>	<b>Mindre än 3,12 %</b>	<b>Mindre än 3,2 %</b>	<b>Mindre än 9,1 %</b>	<b>Större än 77,1 %</b>	<b>Större än 87,1 %</b>
<b>Alla dataset uppfyller acceptanskriterierna (ja/nej)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

### **Slutsatser av den kliniska litteraturgenomgången**

Totalt 147 artiklar identifierades i litteratursökningen för de aktuella enheterna som genomfördes alla år fram till den 31 juli 2022 med 3 artiklar som inkluderades efter litteraturgranskningen. Av dessa 3 studier var 2 relaterade till den perifera vaskulaturen<sup>128,129</sup> och 1 var inom den icke-vaskulära indikationen.<sup>127</sup> En av studierna som rörde den perifera vaskulaturen<sup>129</sup> beaktades dock inte för det övergripande området eftersom fallrapporter inte analyseras för övergripande säkerhets- och prestandaanalys. Det fanns inga inkluderade artiklar som representerade tillämpningen i koronarkärlsystemet. J-spets teflonledare, POINTER nitinolledare och Amplatz ledare rapporterades var för sig. Totalt omfattade analysen av säkerhet och prestanda i litteraturen 24 patienter med J-spets teflonledare avsedd för vertebral angiografi och stentning/karotisangiografi och 59 patienter med Amplatz-ledare avsedd för akut kolecystit. Prestanda- och säkerhetsresultat med för närvarande tillgängliga enheter, fastställda utifrån den aktuella kunskapen/det aktuella teknikläget inom områdena och från en genomgång av publicerad litteratur om konkurrerande enheter användes för att definiera acceptanskriterier och jämfördes med de frekvenser som rapporterats i litteraturen. Analysen av säkerhetsmålen visade kliniska resultat överensstämmande med de aktuella acceptanskriteriernas frekvenser med 100 % teknisk och procedurmässig framgång utan några oförutsedda biverkningar. De säkerhets- och prestandamål som rapporterades från litteratursökningsanalysen för de aktuella enheterna uppfyllde de fördefinierade acceptanskriterierna, vilket tyder på att de aktuella enheterna fortsätter att vara standardvårdsenheter.



#### **5.4. En övergripande sammanfattning av den kliniska prestandan och säkerheten**

Ledarens produktfamiljer uppvisade välkänd säkerhet och klinisk prestanda med hjälp av den senaste tekniken med kliniska riktlinjer från teknikens ståndpunkt och enheterna benämns standardbehandling med bänkstudier och biokompatibilitetstestning vilket bevisar att ledarens produktfamiljer är standardbehandlingsenheter. Ledarens produktfamiljer används som hjälpanordningar i väletablerade procedurer i kärlsystemet (centralt/perifert) och i icke-vaskulära tillämpningar. Användningen av ledare under ingreppet återspeglar den nuvarande standarden för vård. Ledarens produktfamiljer införlivar tekniska egenskaper som är gemensamma för ledare och har väletablerade kliniska prestanda- och säkerhetsegenskaper vid vaskulär och icke-vaskulär användning. Flera konfigurationer och skillnader i material finns tillgängliga för att ge specifika egenskaper som krävs i dessa förfaranden. Baserat på enkelheten och bevarandet av den övergripande utformningen av ledare, och likheten mellan prestandakrav i liknande kliniska tillämpningar, kan standarder för bänkttestning gälla för flera ledare inom detta område. Därför kan resultaten av bänkttestning stödja prestandaegenskaper hos ledare inom gruppen som har samma gemensamma tekniska krav eller prestandakrav. På samma sätt kan bedömningar av biokompatibilitet stödja ledare som har samma material och används i liknande tillämpningar, t.ex. vaskulära.

Sammanfattningsvis har det visats att ledare är etablerade standardvårdsprodukter med likheter mellan dem som inte påverkar produkternas säkerhet eller prestanda.

#### **Bedömning av fördelar och risker**

Fördelarna och riskerna med ledaren diskuteras i CER-001 Rev E. Eftersom det objektivt visades att kliniska data om de aktuella enheterna visar att de aktuella enheterna är säkra och fungerar som avsett när de används enligt bruksanvisningen, fortsätter de därför att vara standardvårdsenheter som är nödvändiga för att assistera kateterenheter under diagnostiska och interventionella procedurer.

Baserat på granskningen av aktuell kunskap och senaste teknik identifierades de kliniska resultatparametrar som är relevanta för att undersöka klinisk säkerhet och prestanda för ledarens produktfamiljer i tabell 5.4.-1 och tabell 5.4.-2 nedan.

**Tabell 5.4.-1: Ledarens produktfamiljers säkerhets- och prestandamål identifierade från kliniska datakällor – perifer vaskulatur**

Resultat	Klinisk litteratur för den aktuella enheten %	Acceptanskriterier för säkerhet och prestanda %	Uppfyller alla datauppsättningar acceptanskriterierna?
<b>Säkerhet</b>			
<b>Kärlperforation</b>	<b>0 %</b>	<b>Mindre än 2,4 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Kärldissektion</b>	<b>0 %</b>	<b>Mindre än 2,9 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Tromb/ocklusion</b>	<b>0 %</b>	<b>Mindre än 1,9 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Prestanda</b>			
<b>Teknisk framgång</b>	<b>100 %</b>	<b>Större än 81,8 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Lyckade ingrepp</b>	<b>100 %</b>	<b>Större än 83,3 %</b>	<b>Ja</b>

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

**Tabell 5.4.-2: Ledarens produktfamiljers säkerhets- och prestandamål identifierade från kliniska datakällor – icke-vaskulär**

Resultat	Klinisk litteratur för den aktuella enheten %	Acceptanskriterier för säkerhet och prestanda %	Uppfyller alla datauppsättningar acceptanskriterierna?
<b>Säkerhet</b>			
<b>Vävnadsskada</b>	<b>0 %</b>	<b>Mindre än 3,12 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Perforation eller punktion av icke avsedda organ</b>	<b>0 %</b>	<b>Mindre än 3,2 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Infektion</b>	<b>1,7 %</b>	<b>Mindre än 9,1 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Prestanda</b>			
<b>Teknisk framgång</b>	<b>100 %</b>	<b>Större än 77,1 %</b>	<b>Ja</b>
<b>Lyckade ingrepp</b>	<b>100 %</b>	<b>Större än 87,1 %</b>	<b>Ja</b>

Obs! Alla tidpunkter är periprocedurala

Som standardbehandlingsenheter kan en lägre nivå av klinisk evidens för ledarens produktfamiljer anses vara tillräcklig för bekräftelse av överensstämmelse med relevanta allmänna krav på säkerhet och prestanda (GSPR). De kliniska uppgifterna utvärderades ytterligare för att visa tillräcklig klinisk evidens till stöd för överensstämmelse med GSPR med en bedömning enligt MDCG 2020-6. Tabell 5.4.-3 sammanfattar rangordningen av varje datauppsättning.

Kliniska bevis som visar säkerhet och prestanda för klass III-enheter (ledarens produktfamiljer) består av vetenskaplig litteratur (Rank 4 och 6), proaktiva PMS-data – kundenkätdata (Rank 8), klagomålsdata (Rank 7) och bänktestning (Rank 12). Detta uppfyller rekommendationen om att visa tillräcklig klinisk evidens för klass III-enheter.

Därför finns det tillräckliga datauppsättningar för att stödja säkerheten och prestandan hos ledarens produktfamiljer som standardvårdutrustning.

**Tabell 5.4.-3: Klinisk evidens som stöder ledarens produktfamiljer**

Datakälla	Enhet/kvantitet	Rank för MDCG 2020-6
<b>Teknikens ståndpunkt</b>	<b>Utvärdering av den senaste tekniken, inklusive utvärdering av kliniska data från konkurrerande enheter</b>	<b>6</b>
<b>Proaktiva PMS-data – Data från kundenkäter</b>	<b>Worker-ledarens produktfamilj – 33 enkäter Worker-ledare – 53 enkäter</b>	<b>8</b>
<b>Litteraturartiklar (n=2) Resultat från studier med potentiella metodologiska brister men där data fortfarande kan kvantifieras och acceptansen motiveras</b>	<b>J-spets teflonledare, 24 patienter Amplatz ledare, 59 patienter</b>	<b>4</b>
<b>Artiklar i litteraturen (n=1) Enskilda fallrapporter om den aktuella enheten</b>	<b>POINTER nitinolledare, 1 patient</b>	<b>9</b>
<b>Klagomålsdata och data om vaksamhet</b>	<b>Ledare – 1 406 760 klagomål Worker-ledare – 142 514 klagomål</b>	<b>7</b>
	<b>Lunderquist-ledare av rostfritt stål, WORKER-ledare, POINTER nitinolledare, Access-ledare – 46 108 klagomål</b>	<b>7</b>
<b>Bänkttestning</b>	<b>Mekanisk testning av styrka och uthållighet, biologisk säkerhet, användbarhet</b>	<b>12</b>

### Kliniska fördelar/prestandaanalys

Kliniska fördelar omfattar alla påståenden om klinisk säkerhet och prestandaresultat och inkluderar förmågan hos ledarens produktfamiljer att uppnå sitt avsedda syfte enligt påståendena. Som en klinisk fördel kan de aktuella enheterna tillhandahålla perkutan placering av intravaskulära eller icke-vaskulära enheter under diagnostiska och interventionella förfaranden. De kliniska fördelarna med ledarens produktfamiljer har därför styrkts med objektiva bevis från de bedömda uppgifterna – antingen kliniska, icke-kliniska eller båda.

### Kliniska risker och säkerhetsanalys

Riskhanteringsprocessen genomförs enligt de förfaranden som definieras i CAQ-QA-013. Riskhantering i enlighet med principerna i ISO14971: 2019 Medicintekniska produkter – Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter.

Ledarens produktfamiljer granskas med avseende på risk och genomgår en analys av felsätt och effekter (FMEA) och/eller en faroanalys. Riskbedömningsrapporter granskas vid definierade tidsintervall och uppdateras baserat på data från litteratur och kommersiella klagomål.

### 5.5. Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter marknadsintroduktionen.

Som dokumenterat i PMS-planen (PMSP-0008) är PMCF en viktig del av PMS och ska ha sin egen styrande plan (PMCFP-0027). De primära målen för dessa PMCF-planer är att specificera metoder och förfaranden för proaktiv insamling och utvärdering av kliniska data för att stödja säkerhet och prestanda för ledarens produktfamiljer och kontinuerligt få kunskap om användning relaterad till:

- Bekräfta säkerhet och prestanda under hela den förväntade livslängden för ledarens produktfamiljer genom att säkerställa att enheten överensstämmer med GSPR.
- Tidigare okända biverkningar
- Biverkningar och kontraindikationer
- Nya eller framväxande risker, baserade på faktiska bevis.

Argon kommer att genomföra följande aktiviteter efter marknadsintroduktionen, inklusive allmänna och specifika metoder/förfaranden, för klass III-ledarna. En sammanfattande tabell över de olika PMCF-aktiviteter som förutses av tillverkaren finns nedan:

Aktivitets-ID	Beskrivning av aktiviteten	Aktivitetsens syfte	Motivering och kända begränsningar av aktiviteten	Tidsramar
1	Allmänt: Granskning av vetenskaplig litteratur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekräfta de berörda produkternas säkerhet och prestanda.</li> <li>• Säkerställa att förhållandet mellan nytta och risk är fortsatt godtagbart.</li> <li>• Identifiera möjlig systematisk felanvändning eller off-label-användning</li> </ul>	Möjliggör utvärdering av information om aktuell kunskap och teknikens ståndpunkt. Begränsningar: Kliniska data begränsade till publicerade data från litteratur	Årlig granskning inom kalenderåret

Aktivitets-ID	Beskrivning av aktiviteten	Aktivitetsens syfte	Motivering och kända begränsningar av aktiviteten	Tidsramar
2	Allmänt: Prognostisering och analys av klagomål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekräftelse av den medicintekniska produktens säkerhet</li> <li>• Identifiering av tidigare okända biverkningar (relaterade till procedurerna eller de medicintekniska produkterna).</li> <li>• Övervakning av identifierade biverkningar och kontraindikationer</li> </ul>	Alla klagomål relaterade till marknadsförda produkter registreras i vårt ledningssystem för kvalitet (QMS) från läkare och/eller distributörer av de aktuella enheterna. Begränsningar: Utan att känna till försäljningsvolymerna för de liknande enheterna kan det vara svårt att jämföra förekomsten av negativa händelser, men det totala antalet händelser och typerna av händelser kan jämföras.	Årlig granskning inom kalenderåret
3	Specifik: PMCF-studie för att få fram verkliga data om användningen av ledare i koronarkärlsystemet, perifera kärlsystemet och icke-vaskulära tillämpningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekräfta säkerhet och prestanda.</li> <li>• Identifiera tidigare okända biverkningar och övervaka de identifierade biverkningarna och kontraindikationerna</li> </ul>	Observationsstudie avsedd att samla in kvantitativa data om de undersökta produkternas prestanda för varje indikation. Begränsningar: Datakvalitet och tillgänglighet	Studien kommer att genomföras inom certifieringsperioden för enheterna fram till förnyelsen (2023–2028).

## 6. Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ

Alternativet till användning av ledare är traditionell öppen kirurgi och blind insättning av katetrar. Men framväxten av medicinska ledare som möjliggör exakt placering av terapeutisk utrustning eller åtkomst till mållesioner har minskat den medicinska kostnadsbördan och förbättrat behandlingseffektiviteten. Ledare kan placeras på bästa sätt när de spåras med fluoroskopi.

## 7. Föreslagen profil och utbildning för användarna

Dessa enheter är avsedda att användas av utbildad medicinsk personal i en klinisk miljö.

## 8. Harmoniserade standarder/gemensamma specifikationer

Argon Överensstämmelse Datum/version	Standardens titel
<b>Märkning</b>	
BS EN ISO 15223-1:2021	Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: [Medicintekniska produkter – Symboler som ska användas med etiketter på medicintekniska produkter, märkning och information som ska tillhandahållas - Del 1:] General requirements [Allmänna krav].
EN ISO 20417:2021	Terminology, Symbols and Information Provided with Medical Devices: [Terminologi, symboler och information som tillhandahålles med medicintekniska produkter:] Information Supplied by the Manufacturer with Medical Devices [Information som tillhandahålls av tillverkaren med medicintekniska produkter]
<b>Allmänna standarder – Sterilisering</b>	
BS EN ISO 11070:2014/A1:2018	Sterile, single-use intravascular catheter introducers, guidewires and dilators [Sterila intravaskulära kateterintroducers, ledare och dilatatorer för engångsbruk]
ISO 10555-1:2013	Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 1: [Intravaskulära katetrar -- Sterila katetrar för engångsanvändning -- Del 1:] General requirements [Allmänna krav]
BS EN 556-1:2001	Sterilization of medical devices. [Sterilisering av medicintekniska produkter] Requirements for medical devices to be designated STERILE. [Krav för medicintekniska produkter som ska betecknas STERILA] Requirements for terminally sterilized medical devices [Krav för terminalt steriliserade medicintekniska produkter]
BS EN 1422:2014	Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods [Sterilisatorer för medicinskt bruk - Etylenoxidsterilisatorer - Krav och testmetoder]
EN ISO 11135:2019	Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: [Sterilisering av hälsovårdsprodukter - Etylenoxid - Del 1:] Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices [Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocessen för medicintekniska produkter]
AAMI TIR28:2016	Product Adoption and Process Equivalence for Ethylene Oxide Sterilization [Produktanpassning och processekvivalens för sterilisering med etylenoxid]
EN ISO 14644-1:2015	Classification of Air Cleanliness, Clean rooms & Associated Controlled Environments. [Klassificering av luftrenhet, renrum och tillhörande kontrollerade miljöer] Part 1: [Del 1:] Classification of air cleanliness [Klassificering av luftrenhet]
EN ISO 14644-2:2015	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: [Renrum och tillhörande kontrollerade miljöer - Del 2:] Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration [Övervakning för att tillhandahålla bevis på renrumsprestanda relaterad till luftrenhet genom partikelkoncentration]
BS EN ISO 11737-1:2018	Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: [Sterilisering av medicintekniska produkter - Mikrobiologiska metoder - Del 1:] Determination of a population of microorganisms on products [Bestämning av en population av mikroorganismer på produkter]

<b>Argon Överensstämmelse Datum/version</b>	<b>Standardens titel</b>
BS EN ISO 10993-7:2022	Biological evaluation of medical devices.[Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter] Ethylene oxide sterilization residuals [Restprodukter från sterilisering med etylenoxid]
NSI/AAMI ST72:2019	Bacterial Endotoxins Test [Test av bakteriella endotoxiner]
<b>Allmänna standarder - Kvalitetssystem</b>	
EN ISO 13485:2016	Medical devices. [Medicintekniska produkter] Quality management systems. [Ledningssystem för kvalitet] Requirements for regulatory purposes [Krav för regulatoriska ändamål]
<b>Riskhantering</b>	
EN ISO 14971:2019	Medical Devices - Application of Risk Management to Medical Devices [Medicintekniska produkter - Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter]
<b>Biologisk säkerhet</b>	
BS EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021	Biological Evaluation of Medical Devices – Part 1: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 1:] Evaluation and testing [Utvärdering och prövning]
BS EN ISO 10993-3:2014	Biological evaluation of medical devices -- Part 3: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 3:] Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity [Test av genotoxicitet, carcinogenicitet och reproduktionstoxicitet]
BS EN ISO 10993-4:2017	Biological evaluation of medical devices -- Part 4: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 4:] Selection of tests for interactions with blood [Val av provningsmetoder för interaktioner med blod]
BS EN ISO 10993-5:2009	Biological evaluation of medical devices -- Part 5: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 5:] Tests for in vitro cytotoxicity [Prövning för cytotoxitet in vitro]
BS EN ISO 10993-10:2013	Biological evaluation of medical devices -- Part 10: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 10:] Tests for irritation and skin sensitization [Prövning för irritation och hudsensibilisering]
BS EN ISO 10993-11:2018	Biological evaluation of medical devices -- Part 11: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 11:] Tests for systemic toxicity [Prövning för systemisk toxicitet]
BS EN ISO 10993-12:2021	Biological Evaluation of Medical Devices – Part 12: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 12:] Sample preparation and reference materials [Provberedning och referensmaterial]
BS EN ISO 10993-18:2020	Biological evaluation of medical devices -- Part 19: [Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter -- Del 19:] Physico-chemical, morphological and topographical characterization of materials [Fysikalisk-kemisk, morfologisk och topografisk karakterisering av material]
BS EN ISO 10993-19:2020	Standard Guide for Biocompatibility of Medical Device Packaging Materials [Standardguide för biokompatibilitet hos förpackningsmaterial för medicintekniska produkter]



<b>Argon Överensstämmelse Datum/version</b>	<b>Standardens titel</b>
<b>Klinisk utvärdering</b>	
MEDDEV 2.7/1 Rev4	Clinical evaluation: [Klinisk utvärdering:] Guide for manufacturers and notified bodies [Vägledning för tillverkare och anmälda organ]
<b>Kontroll av utformningen</b>	
EN ISO 14971	Medical devices - Application of risk management to medical devices [Medicintekniska produkter - Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter]
<b>Användbarhet</b>	
IEC 62366-1:2015 & IEC 62366- 1:2015/COR1:2016	Medical Devices – Application of usability engineering to medical devices [Medicintekniska produkter - Tillämpning av användbarhetsteknik på medicintekniska produkter]
<b>Förpackning</b>	
EN ISO 11607- 1:2020	Packaging for Terminally Sterilized Medical Devices. [Förpackning för terminalt steriliserade medicintekniska produkter] Part 1: [Del 1:] Requirements for materials, sterile barrier systems, and packaging systems. [Krav på material, sterila barriärsystem och förpackningssystem]
EN ISO 11607- 2:2020	Packaging for Terminally Sterilized Medical Devices. [Förpackning för terminalt steriliserade medicintekniska produkter] Part 2: [Del 2:] Validation requirements for forming, sealing and assembly processes [Valideringskrav för formnings-, förseglings- och monteringsprocesser]
EN ISO 2233:2001	Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Conditioning for testing [Förpackningar -- Kompletta, fyllda transportförpackningar och enhetslaster - - Villkor för prövning]
ASTM D4169 :2022	Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems - [Standardpraxis för prestandatestning av transportförpackningar och system -]
ASTM F2096 – 2011 (R2019)	Standard Test Method for Detecting Gross Leaks in Medical Packaging by Internal Pressurization (Bubble Test) [Standardiserad testmetod för detektering av stora läckor i medicinska förpackningar genom inre trycksättning (bubbelprov)] - ASTM F 2096-11 (2019)
ASTM F1929 - 15	Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in porous Medical Packaging by Dye Penetration - ASTM F 1929 [Standardiserad testmetod för detektering av tätningsläckage i porösa medicinska förpackningar genom färgpenetration - ASTM F 1929]
ASTM F88 / F88M - 2021	Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials - ASTM F88 [Standardiserad testmetod för tätningsstyrka hos flexibla barriärmaterial - ASTM F88]
ASTM F1980 - 2021	Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices - ASTM F1980 [Standardguide för accelererad åldring av sterila barriärsystem för medicintekniska produkter - ASTM F1980]
<b>Klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion</b>	
MEDDEV 2.12/2 Rev2	Post Market Clinical Follow-up studies [Studier av klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion]



Argon Överensstämmelse Datum/version	Standardens titel
<b>Säkerhetsövervakning</b>	
MEDDEV 2.12/1 Rev8	Guidelines on a Medical Devices Vigilance System [Riktlinjer för ett system för säkerhetsövervakning av medicintekniska produkter]

## 9. Revisionshistorik

Revision	Utgivningsdatum	Beskrivning av ändringen	Revision validerad av det anmälda organet?
A	22 augusti 2022	Första utgåva	<input type="checkbox"/> Ja Valideringsspråk: <input type="checkbox"/> Nej (endast tillämpligt för implanterbara produkter i klass IIa eller vissa i klass IIb för vilka SSCP ännu inte har validerats av det allmänna organet)
B	27 juli 2023	Borttagning av Worker-ledare klass III för BSI-respons. SSCP-0003 kommer endast att innehålla Argon GW klass III-enheter för EU MDR 2017/746.	<input type="checkbox"/> Ja Valideringsspråk: Engelska <input type="checkbox"/> Nej (endast tillämpligt för implanterbara produkter i klass IIa eller vissa i klass IIb för vilka SSCP ännu inte har validerats av det allmänna organet)
C	19 feb 2024	Harmonisera enhetens namn och avsedda syfte enligt försäkran om överensstämmelse	<input checked="" type="checkbox"/> Ja Valideringsspråk: Engelska
D	2024-11-01	Uppdatering av BSI-godkända bruksanvisningsnummer och revisionsnummer, det finns ingen innehållsuppdatering.	Krävs inte eftersom innehållet i SSCP inte uppdateras.